

当院の被ばく線量と診断参考レベルとの比較

一般撮影

撮影部位	入射線量【mGy】	
	診断参考レベル	当院
頭部(正面)	2.5	1.9
頭部(側面)	2.5	1.7
頸椎(正面)	0.8	0.7
頸椎(側面)	0.8	0.7
胸椎(正面)	3	0.8
胸椎(側面)	5	2.4
胸部(正面)	0.3	0.1
胸部(側面)	0.8	0.4
腹部(正面)	2.5	0.3
腰椎(正面)	3.5	1.9
腰椎(側面)	9	4.3
骨盤(正面)	2.5	1.3
股関節(正面)	4	3.1
大腿部	2	0.4
膝関節	0.4	0.2
足関節	0.2	0.1
前腕部	0.2	0.1
手指部	0.1	0.1
乳幼児股関節	0.2	0.2
胸部(ポータブル)	0.4	0.4
腹部(ポータブル)	2.5	0.7

マンモグラフィ

撮影部位	平均乳腺線量【mGy】	
	診断参考レベル	当院
乳房	1.4	1.06

CT 検査

撮影部位	CTDI vol【mGy】		DLP【mGy・cm】	
	診断参考レベル	当院	診断参考レベル	当院
頭部単純	77	46.45	1350	1001.19
胸部1相	13	10.58	510	397.07
上腹部～骨盤 1相	18	17.42	880	834.32
胸部～骨盤 1相	16	14.34	1200	940.92